



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº100/2021

Contenda, 11 de novembro de 2021

PREGÃO ELETRONICO Nº 059 – PROCESSO ANÁLISE DAS AMOSTRAS:

Item 01: Empresa TORRE FORTE marca DERMA-CURE PLUS amostra reprovada não atende todas as especificações do edital, a bandagem não é 100% algodão como pede no descritivo e também possui glicerina na composição, a glicerina tem papel importante possui propriedades emolientes, lubrificantes, umectantes, hidratantes e higroscópicas que contribuem para absorção da água na pele, promovendo hidratação e maciez.

Item 03: Empresa TORRE FORTE marca AGESANI amostra reprovada não atende todas as especificações do edital, não possui os laudos de: ação bactericida para pseudomonas, salmonella e outros germes, toxicidade/reatividade biológica intracutânea, sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade.

Item 05: Empresa, INTEGRA SOLUCÕES MEDICAS LTDA, marca CURATEC, amostra reprovada não atende as especificações do edital, não possui a quantidade adequada de prata por cm².

Item 06: Empresa TORRE FORTE marca MOLNLYCKE amostra reprovada não atende nenhuma das especificações do edital e a situação do registro está irregular: cancelado em 27/09/2021.

Item 07: Empresa, MARCELO APARECIDO URBANO, marca COLOPLAST amostra aprovada atende as especificações do edital.

Município de Contenda-PR
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 centro, Contenda-PR
Telefone: 3625-1013
saudecontenda@yahoo.com.br



Recebido dia 11/11/2021



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Item 09: Empresa, MARCELO APARECIDO URBANO, marca COLOPLAST amostra aprovada atende as especificações do edital.

Item 14: Empresa, MARCELO APARECIDO URBANO, marca COLOPLAST amostra aprovada atende as especificações do edital.

Lucilene C. Negreli
Coordenadora APS
Secretaria Municipal
Saúde Contenda

Lucilene Cristina Negreli dos Santos
Coordenadora APS