



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº 94/2021

Contenda, 27 de outubro de 2021

Ao setor de Licitação

Avaliação das amostras recebidas referente ao processo de licitação de Curativos Especiais **pregão eletrônico 059/2021**.

Item 01: Empresa INTEGRA marca CURATEC amostra reprovada não atende todas as especificações do edital, não possui petrolatum na composição, o petrolatum tem papel importante pois minimiza a chance de aderência do curativo nas lesões, proporciona uma remoção suave sem traumas.

Item 02: Empresa SOFT SURGICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI-ME, marca PIELSANA, amostra atende às solicitações do edital.

Item 03: Empresa DULTRAMED, marca AGESANI reprovada pois chegou fora do prazo.

Item 04: Empresa SOFT SURGICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI-ME, FRIBACOL PLUS amostra atende às solicitações do edital.

Item 05: Empresa CWBCARE. PROD.MED.HOSP.LTDA, marca CASEX, amostra não atende as especificações referente a quantidade prata por cm² solicitado no descritivo do edital e também por não apresentar os registros necessários juntamente com as amostras.

Item 06: Empresa CWBCARE. PROD.MED.HOSP.LTDA, marca CASEX, amostra não atende as especificações referente a quantidade prata por cm² solicitado no descritivo do edital e também por não apresentar os registros necessários juntamente com as amostras



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Item 07: Empresa INTEGRA marca CURATEC amostra reprovada não atende todas as especificações do edital, não possui na composição prata de liberação sustentada. O perfil de liberação sustentada da prata garante a distribuição homogênea dos íons de prata, produzindo efeito antimicrobiano contínuo durante todo o tempo de uso (até 7 dias).

Item 08: Empresa MARCELO APARECIDO URBANO marca COLOPLAST amostra aprovada atende todas as especificações do edital.

Item 09: Empresa PRIMAZIA, marca SMITH&NEPHEW, amostra não atende as especificações do edital pois não possui bordas biseladas que proporcionam uma melhor acomodação do curativo na lesão.

Item 10: Empresa MARCELO APARECIDO URBANO marca COLOPLAST amostra aprovada atende todas as especificações do edital

Item 11: Empresa MARCELO APARECIDO URBANO marca COLOPLAST amostra aprovada atende todas as especificações do edital

Item 12: Empresa INTEGRA marca CURATEC amostra reprovada não atende todas as especificações do edital, não possui embalagem estéril, frasco com bico sanfonado que garante o uso até o fim.

Item 13: Empresa MARCELO APARECIDO URBANO marca COLOPLAST amostra aprovada atende todas as especificações do edital

Item 15: Empresa MEDICATTO marca CASEX amostra reprovada não atende as especificações do edital, não possui grade demarcadora que indica momento da troca, bordas biseladas que proporcionam uma melhor acomodação do curativo na lesão e alginato de cálcio na composição que proporciona uma melhor absorção do exsudato.

Item 15: Empresa MARCELO APARECIDO URBANO marca COLOPLAST amostra aprovada atende todas as especificações do edital

Estou à disposição para maiores esclarecimentos.

Lucilene C. Negreli
Coordenadora APS
Secretaria Municipal
Saúde Contenda

Lucilene Cristina Negreli dos Santos
Coordenadora da APS

Município de Contenda-PR
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 centro, Contenda-PR
Telefone: 3625-1013
saudecontenda@yahoo.com.br