



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 033/2018

Contenda, 11 de julho de 2018.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 037/2018

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

LOTE	DESCRIPTIVO	APROVADO	REPROVADO
1	Apósito antimicrobiano, à base de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), ultra-absorvente, com partículas de poliacrilato de sódio que promove absorção e retenção do exsudato, com bordas de silicone suave com possibilidade de recorte. Composto por quatro camadas: Uma camada de borda de fixação em silicone que adere suavemente à pele perilesional íntegra, a segunda camada de contato em malha de acetato de cloreto de dialquil carbamoil (DACC), a terceira camada em espuma de poliuretano com 5 mm de espessura e partículas ultra-absorventes, e, a quarta camada de película externa de filme de poliuretano, impermeável à água, fluídos orgânicos e bactérias e com alta permeabilidade ao vapor. Indicado para feridas contaminadas, colonizadas ou infectadas com exsudação moderada a elevada. Produto estéril e embalado individualmente. Tamanho total do curativo 12,5 x 12,5cm com área de absorção e controle microbiano de 8,2cmx8,2cm.		REPROVADA. A amostra apresentada pela empresa Primazia marca Smith&Nephew não atende as especificações do edital, não contém DACC (cloreto de dialquil carbamoil) substância antimicrobiana indicada para feridas infectadas, também não apresenta partículas de poliacrilato de sódio que promove a absorção e retenção do exsudato.



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

2	Apósito autoadesivo ultra-absorvente, atraumático com possibilidade de recorte, composto por três camadas: Uma camada de contato com a ferida de silicone suave perfurado, que permite aderência suave à pele perilesional e não ao leito úmido da ferida, minimizando o trauma ao tecido neoformado e a dor ao paciente durante as trocas de curativo; a segunda camada de espuma de poliuretano com 5 mm de espessura com partículas de poliacrilato de sódio que absorvem e retêm o exsudato, ; a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável à água, fluidos corporais e microrganismos patogênicos, e, permeável ao vapor e trocas gasosas. Sem borda de fixação. Indicado para feridas com exsudação baixa à elevada. Produto estéril e embalado individualmente. Tamanho total do curativo 10 x 10cm.		REPROVADA. A amostra apresentada pela empresa Primazia marca Smith&Nephew não atende as especificações do edital por ter bordas de fixação, e no edital solicita sem bordas pois permite o recorte e assim um melhor aproveitamento do curativo, não contém partículas de poliacrilato de sódio que promove a absorção e retenção do exsudato e a espuma não possui 5 mm de espessura conforme solicitado no edital.
3	Apósito autoadesivo ultra-absorvente, atraumático com possibilidade de recorte, composto por três camadas: Uma camada de contato com a ferida de silicone suave perfurado, que permite aderência suave à pele perilesional e não ao leito úmido da ferida, minimizando o trauma ao tecido neoformado e a dor ao paciente durante as trocas de curativo; a segunda camada de espuma de poliuretano com 5 mm de espessura com partículas de poliacrilato de sódio que absorvem e retêm o exsudato ; a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável à água, fluidos corporais e microrganismos patogênicos, e, permeável ao vapor e trocas gasosas. Sem borda de fixação. Indicado para feridas com exsudação baixa à elevada. Produto estéril e embalado individualmente. Tamanho total do curativo 10 x 20 cm.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca BSN atendem as especificações do edital.	
4	Creme barreira protetora, a base de óxido de zinco micronizado associado a ácidos graxos essenciais, contendo ainda lecitina de soja, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média), vitaminas A e E. Embalagem, tubo com 100g com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca BSN atendem as	



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	especificações do edital.	
5	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudosde: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde classe de risco IV. Frasco com 350ml.		REPROVADA. A empresa Biotech marca B.Braun não apresentou os laudos conforme solicitado no edital.
6	Gel para uso em feridas composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedades umectante, emoliente e debridante. Com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intra-cutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com 100 gramas.		REPROVADA. A amostra apresentada pela empresa Dutramed marca Curatec não apresentou todos os laudos conforme solicitado no edital. OBS.: Laudos de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes.
7	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x7,5cm, embebida com 3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol,		REPROVADA A amostra apresentada pela empresa AGE Hospitalar marca Agesani não atende as especificações do edital, não contém óleo de melaleuca e copaíba, componentes que tem




MUNICÍPIO DE CONTENDA


ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas.		ação analgésica, antifúngica e anti-inflamatória acelerando o processo de cicatrização das feridas.
8	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x15cm, embebida com 10ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de ferida		REPROVADA A amostra apresentada pela empresa AGE Hospitalar marca Agesani não atende as especificações do edital, não contém óleo de melaleuca e copaíba, componentes que tem ação analgésica, antifúngica e anti-inflamatória acelerando o processo de cicatrização das feridas.
9	Bota de Unna constituído por atadura 100% algodão impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco 10%, Goma Acácia, Glicerina, Água Deionizada, Óleo de Ricino e Petrolatum para utilização no tratamento de úlceras venosas e edema linfático. Tamanho 10,2cmx9,14m.		REPROVADA A amostra apresentada pela empresa Dutramed marca Curatec não atende as especificações do edital, a composição da mesma não é 100% algodão e também não contém petrolatum na composição.


Ataul Franco de Carvalho Junior
Secretário de Saúde


Sandra Terézinha Olech Ribeiro
Coordenação da Atenção Básica