



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 040/2018

Contenda, 09 de agosto de 2018.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 037/2018

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

LOTE	DESCRIPTIVO	APROVADO	REPROVADO
5	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde classe de risco IV. Frasco com 350ml.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical Eireli - ME marca PHMB PIELSANA FRASCO 350 ML atendem as especificações do edital.	
6	Gel para uso em feridas composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedades umectante, emoliente e debridante. Com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com 100	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical Eireli - ME marca PHMB PIELSANA GEL FRASCO 100 gr atendem as especificações do edital.	




MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	gramas.		
7	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x7,5cm, embebida com 3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical Eireli - ME marca PIELSANA GASE DE RAYON atendem as especificações do edital.	


Sandra Terezinha Olech Ribeiro

Coordenação da Atenção Básica