



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 035/2018

Contenda, 23 de julho de 2018.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 037/2018

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

LOTE	DESCRIPTIVO	APROVADO	REPROVADO
1	Apósito antimicrobiano, à base de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), ultra-absorvente, com partículas de poliacrilato de sódio que promove absorção e retenção do exsudato, com bordas de silicone suave com possibilidade de recorte. Composto por quatro camadas: Uma camada de borda de fixação em silicone que adere suavemente à pele perilesional íntegra, a segunda camada de contato em malha de acetato de cloreto de dialquil carbamoil (DACC), a terceira camada em espuma de poliuretano com 5 mm de espessura e partículas ultra-absorventes, e, a quarta camada de película externa de filme de poliuretano, impermeável à água, fluidos orgânicos e bactérias e com alta permeabilidade ao vapor. Indicado para feridas contaminadas, colonizadas ou infectadas com exsudação moderada a elevada. Produto estéril e embalado individualmente. Tamanho total do curativo 12,5 x 12,5cm com área de absorção e controle microbiano de 8,2cmx8,2cm.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca BSN atendem as especificações do edital.	




MUNICÍPIO DE CONTENDA


ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

2	Apósito autoadesivo ultra-absorvente, atraumático com possibilidade de recorte, composto por três camadas: Uma camada de contato com a ferida de silicone suave perfurado, que permite aderência suave à pele perilesional e não ao leito úmido da ferida, minimizando o trauma ao tecido neoformado e a dor ao paciente durante as trocas de curativo; a segunda camada de espuma de poliuretano com 5 mm de espessura com partículas de poliacrilato de sódio que absorvem e retêm o exsudato, ; a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável à água, fluídos corporais e microrganismos patogênicos, e, permeável ao vapor e trocas gasosas. Sem borda de fixação. Indicado para feridas com exsudação baixa à elevada. Produto estéril e embalado individualmente. Tamanho total do curativo 10 x 10cm.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca BSN atendem as especificações do edital.	
---	---	---	--


Ataul Franco de Carvalho Junior
Secretário de Saúde


Sandra Terezinha Olech Ribeiro
Coordenação da Atenção Básica



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 035/2018

Contenda, 24 de julho de 2018.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 037/2018

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

LOTE	DESCRIPTIVO	APROVADO	REPROVADO
5	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde classe de risco IV. Frasco com 350ml.		REPROVADA. A empresa Dimerios Comercio de Materiais Cirúrgicos, apresentou amostra de marca POLIHEXAM/LIQUIDO 100ML, sendo que pede 350 ml, não sendo possível avaliar as especificidades do edital: "Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização", como também não apresentou os laudos conforme solicitado no edital. OBS.: Laudos de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade.
6	Gel para uso em feridas composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedades umectante, emoliente e debridante. Com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes;		REPROVADA. A empresa Dimerios Comercio de Materiais Cirúrgicos, apresentou amostra de marca POLIHEXAM/LIQUIDO 100ML, sendo que pede GEL PARA USO EM FERIDAS , também não apresentou os laudos



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	Toxicidade/reatividade biológica intra-cutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com 100 gramas.		conforme solicitado no edital. OBS.: Laudos de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade.
7	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x7,5cm, embebida com 3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas.		REPROVADA A empresa DUTRAMED Distribuidora LTDA-ME, inscrita sob CNPJ 08.435.077.0001-04 não apresentou amostras para análise conforme solicitado pelo edital.
8	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x15cm, embebida com 10ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de ferida		REPROVADA A empresa DUTRAMED Distribuidora LTDA-ME, inscrita sob CNPJ 08.435.077.0001-04 não apresentou amostras para análise conforme solicitado pelo edital.
9	Bota de Unna constituído por atadura 100% algodão impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco 10%, Goma Acácia, Glicerina, Água Deionizada, Óleo de Rícino e Petrolatum para utilização no tratamento de úlceras venosas e edema linfático. Tamanho 10,2cmx9,14m.		REPROVADA A amostra apresentada pela empresa Dimerios Comercio de Materiais Cirúrgicos marca UNNAFLEX não atende as especificações do edital, a composição da mesma não é 100% algodão e também não contém óleo de rícino na composição.

Sandra Terezinha Olech Ribeiro

Coordenação da Atenção Básica