



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 036/2018

Contenda, 26 de julho de 2018.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 037/2018

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

LOTE	DESCRIPTIVO	APROVADO	REPROVADO
5	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde classe de risco IV. Frasco com 350ml.		REPROVADA. A empresa PRIMAZIA, apresentou amostra de marca POLIHEXAM, não entregou os laudos conforme solicitado no edital. OBS.: Laudos de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade.
6	Gel para uso em feridas composto de 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedades umectante, emoliente e debridante. Com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com 100		REPROVADA. A empresa PRIMAZIA, apresentou amostra de marca POLIHEXAM/SOLUGEL, não entregou os laudos conforme solicitado no edital. OBS.: Laudos de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade.



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	gramas.		
7	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x7,5cm, embebida com 3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas.		REPROVADA A empresa PRIMAZIA apresentou amostra marca HELIANTO não atende as especificações do edital, não contém óleo de melaleuca e copaíba, componentes que tem ação analgésica, antifúngica e anti-inflamatória acelerando o processo de cicatrização das feridas.
8	Compressa de gaze não aderente, em rayon, 7,5x15cm, embebida com 10ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de ferida	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca PIELSANA ÓLEO SACHET atendem as especificações do edital.	
9	Bota de Unna constituído por atadura 100% algodão impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco 10%, Goma Acácia, Glicerina, Água Deionizada, Óleo de Rícino e Petrolatum para utilização no tratamento de úlceras venosas e edema linfático. Tamanho 10,2cmx9,14m.	APROVADA. A amostra apresentada pela empresa C.V Medical marca SKINAGE atendem as especificações do edital.	


Sandra Terezinha Olech Ribeiro

Coordenação da Atenção Básica